



±18 ±24 ±30V
ON OFF
RECTIFIED POWER SUPPLY

クリスケット
PS-30D

赤テストリード

出力電流が非常に少ない時はテスタを使って電流を測る

わに口クリップを接続

回路の電源投入口へ

〔第4図〕 ミリアンペアを測るとき